

第23回HLA-QCワークショップ：DNAタイピングの評価報告

日本組織適合性学会 認定制度委員会 QCワークショップ部会

(評価の対象：HLA-A,B,C,DRB1座の結果)

1. 判定結果の評価 (評価点：60点)

受付No.	Lab.ID	タイピング種類	評価点 (タイピング法別評価：各60点)							判定結果 評価点 (a)
			LABType	WAKFlow	GenoSearch	SSP	Sanger	NGS	合計	
H3163		3	60	60	0	0	0	60	180	60

○判定結果評価のコメント

LABType	
WAKFlow	
GenoSearch	
SSP	
Sanger	
NGS	

2. 結果表記の評価 (評価点：40点)

受付No.	Lab.ID	減点数 (合計)	検査座数	減点数 (平均)	結果表記 評価点 (b)
H3163		0	4	0.0	40.0

コメント	
------	--

HLAタイピング 結果評価点	100.0	評 定	A
-------------------	-------	-----	---

(結果評価点 = 判定結果評価点 (a) + 結果表記評価点 (b))

評価点	評 定	評定内容
100	A	良好
60~<100	B	要確認
0~<60	C	要改善

3. その他：試験・検査状況の評価 (評価ランク:A、B、C)

受付No.	Lab.ID	評価点 (検査法別)								
		SSO						SSP	SBT	
		LABType SSO	LABType HD	LABType CWD	LABType XR	WAK Flow	Geno Search	SSP	Sanger	NGS
H3163		A	0	0	0	A	0	0	0	A

○試験・検査価のコメント (試験・検査の状況がBまたはCの場合)

LABType	
WAKFlow	
GenoSearch	
SSP	
Sanger	
NGS	