

# 第21回HLA-QCワークショップ:抗体QCの評価結果 日本組織適合性学会 認定制度委員会 QCWS部会

(評価の対象:抗体検出,抗体特異性の結果)

## 1、抗体検出評価(評価点:100点)

### ①使用検査法

No.	Lab.ID	LCT	ICFA	MPHA	Flow PRA	LAB Screen	WAK Flow	ダイレクトクロス	仮想クロス
H2969						○			○

### ②抗体検出評価

No.	Lab.ID	抗体検出評価			
		採点 (a)	評価対象抗原数 (b)	評価点 (a/b)*100	評価
H2969		8	8	100.0	A

#### ○抗体検出評価のコメント

コメント

## 2、抗体特異性評価(評価点:100点)

No.	Lab.ID	抗体特異性採点 (検体番号の下段が各検体の評価基準点(a)、その下段が報告結果から算出した点数(b))								評価点	評価
		Class I				Class II					
		SH2901	SH2902	SH2903	SH2904	SH2901	SH2902	SH2903	SH2904		
		41	42	43	40	22	23	21	22		
H2969		41.0	42.0	42.0	40.0	22.0	23.0	21.0	22.0	99.7	A

※評価点の算出:各検体の評価基準点に対する点数の比率(b/a)を平均した数値

#### ○抗体特異性評価のコメント

コメント

## 3、提出状況及び記入方法の不備など(コメントのみ)

No.	Lab.ID	コメント
H2969		2017/5/26

#### ○評価のランク

評価点	評価	評価内容
80-100	A	良好
40-80>	B	要確認
0-40>	C	要改善